

Käsmacher GmbH & Co KG	Qualitätsprüfzertifikat			QS
Kunde:	<b>Müller + Krempel</b>			
Artikel:	<b>Kanüle M9 mit Kappe PE natur</b>			
Artikel Nr.:	14.377.03			
Hersteller-Artikel Nr.:	50250	Chargen-Nr.:	<b>508731</b>	
Bestell Nr.:	3008747	Chargengröße:	60.000	
Liefermenge:	60.000			
Prüfmerkmal	AQL	Anweisung n-c	Ergebnis	Bemerkungen
<b>Überkritische Fehler</b>				
IDENTITÄT	---	500-0	0	
UNTERMISCHUNG	---	500-0	0	
KANÜLE ÜBERSPRITZT	---	500-0	0	
KANÜLE n.voll ausgespritzt	---	500-0	0	
MATERIAL entspr. Spezif.	---	500-0	0	
Kennzeichnung n. Vorgabe	---	500-0	0	
Gesamtfehler	---	500-0	0	
<b>Kritische Fehler</b>				
VERUNREINIGUNGEN	0,1	500-1	0	
BRANDSTELLEN GROSS	0,1	500-1	0	
GEWINDE-FUNKTION	0,1	80-1	0	
FETTANHAFTUNG	0,1	500-1	0	
ABMESSUNGEN	0,1	80-1	0	
Gesamtfehler	0,5	500-5	0	
<b>Hauptfehler</b>				
LEICHT VERSTAUBT	0,5	500-5	0	
VERFÄRBUNGEN	0,5	500-5	0	
Gesamtfehler	1	500-9	0	
<b>Nebenfehler</b>				
EINGESCHL. PARTIKEL	3	500-21	1	
KAPPE ÜBERSPRITZT	3	500-21	0	
BINDENAHT KAPPE (Dicht)	3	500-21	0	
Gesamtfehler	4	500-27	1	
<p>Hiermit bestätigen wir, daß die o.g. Lieferung stichprobenmäßig geprüft und für gut befunden wurde. Der Artikel entspricht den Empfehlungen für die Herstellung von Spritzgußteilen aus Kunststoff, (orientiert an die GMP - Regeln).</p> <p>Die Bewertungskriterien wurden in Anlehnung an die zur Zeit gültige Fehlerbewertungsliste für Kunststoff - Stopfen, Trockenkapseln und Aufsteckkappen festgelegt.</p>				
Ort, Datum: Stolberg, den 22.03.2024			Dieses Dokument wurde per EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gültig	